KaVo OXYGENAL 6

Идеально подходит для очистки – подготовки воды в стоматологических установках

KaVo OXYGENAL 6 предназначен для очистки воды в системе водоподготовки стоматологической установки и используется совместно с фильтрующим элементом.

Продукт обладает сильными окислительными свойствами и вызывает повреждение клеток и защитного покрытия бактерий. Входящие в состав вещества оказывают антисептическое действие.

0.489.3451	OXYGENAL 6
1.002.0287	Дозирующая насадка

Данная брошюра не является технической документацией производителя и разработана с целью информирования

KAVO
Dental Excellence

KaVo OXYGENAL 6 прост в применении





1. Снимите баллон с водой (1) и бутылку для интенсивной стерилизации (2), медленно поворачивая их против часовой стрелки
2. Снимите защитный шланг с трубки дозатора KaVo OXYGENAL 6
3. Пропустите трубку через отверстие сетчатого фильтра на баллоне KaVo OXYGENAL 6
4. Крепко привинтите дозатор KaVo OXYGENAL 6 к баллону KaVo OXYGENAL 6
5. Отверстие в крышке повернуть на отметку 1,5 литра. Крышка войдет со щелчком в положение наполнения

6. Поставьте баллон KaVo OXYGENAL 6 на ровную поверхность

KAVO
Dental Excellence

7. Сжимайте баллон KaVo OXYGENAL 6 до тех пор, пока стерилизующая жидкость не поднимется выше красного деления. При переполнении избытки над отметкой шкалы автоматически удаляются с помощью отсоса, благодаря чему обеспечивается точная дозировка

8. Наполните баллон с водой жидкостью из баллона с KaVo OXYGENAL 6. Проследите, чтобы отверстие дозатора KaVo OXYGENAL 6 находилось непосредственно над отверстием баллона для воды



9. До конца заполните баллон для воды питьевой водой. Возможные осаждения в дозирующей головке не являются загрязнениями, а представляют собой активные вещества, которые осаждаются при длительном хранении после конденсации воды. Осажденные вещества снова растворяются после нескольких процессов дозирования
10. Надежно прикрутите баллон с водой к стоматологической установке
11. Раствор готов к использованию

KAVO
Dental Excellence

KaVo OXYGENAL 6 используется экономично

Вам понадобится всего 5 мл раствора OXYGENAL 6 на 1500 мл фильтрованной воды для **ежедневного** применения.

KaVo OXYGENAL 6 возможно использовать для очистки системы установки.

Не превышайте концентрацию раствора OXYGENAL 6

ВАЖНО

- Запрещается мыть емкость для воды в посудомоечной машине и водой с температурой свыше 50 °C
- Не используйте емкость для воды, если она поцарапана, деформирована или поменяла цвет
- Учитывайте макс. срок годности емкости для воды согласно штампу
- Концентрированный раствор OXYGENAL 6 может быть использован только для более интенсивной очистки воды в соответствии с требованиям инструкции на ваше оборудование
- Превышение концентрации KaVo OXYGENAL 6 недопустимо при работе с пациентом

www.kavo.ru

KAVO
Dental Excellence